



Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika

CERTIFIKÁT

číslo: **B-32-00648-13**

výrobce: MERCI, s.r.o.
Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno
Česká republika
identifikační číslo: 46966447
výrobky: Laboratorní digestoře
typové označení: MERCI N 1200/900 E, M1 a M2
MERCI N 1200/500 E a M
MERCI N 1200/0 E a M
MERCI N 1500/900 E, M1 a M2
MERCI N 1500/500 E a M
MERCI N 1500/0 E a M
MERCI N 1800/900 E, M1 a M2
MERCI N 1800/500 E a M
MERCI N 1800/0 E a M
MERCI N 2100/900 E, M1 a M2
MERCI N 2100/500 E a M
MERCI N 2100/0 E a M

Strojírenský zkušební ústav, s.p. tímto certifikátem potvrzuje, že u vzorku předmětných výrobků zjistil shodu jeho vlastností s požadavky


ČSN EN 14175-1:2003, ČSN EN 14175-2:2003, ČSN EN 14175-3:2004
čl. 5, čl. 6, čl. 7, ČSN EN 14175-4:2005 čl. 5, čl. 6, čl. 7.

Certifikát byl vydán na základě protokolů o zkoušce č. 31-8546-2 ze dne 2009-08-14 a č. 32-0134 ze dne 2013-09-10, vystavených Strojírenským zkušebním ústavem, s.p.

Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na 2. straně.

Brno 2013-09-10




Ing. Pavel Štícha
ředitel pro certifikaci

B-32-00648-13, strana 1 (2)

PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTEM:

Pro účely uvádění výrobků na trh může být certifikát používán jenom za předpokladu, že platí normativní dokumenty, uvedené na 1. straně.

Certifikát se může používat pouze jako certifikát výrobků, jejichž specifikace je uvedena na 1. straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech. Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může mít za následek jeho odnětí.

Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu.

Certifikátem nelze dokládat vlastnosti výrobků, u kterých byla provedena bez souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu, s.p. změna ovlivňující shodu s technickými požadavky, specifikovanými na 1. straně.

